

**Załącznik nr 1.**

..... (miejsowość, data) .....

**Oferent:**

.....  
.....  
.....

(nazwa i adres Oferenta)

tel:.....

fax:.....

e-mail: .....

**OFERTA**  
**w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 114/2018**

**1. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa oraz instalacja jednej sztuki (1) fabrycznie nowej komory laminarnej „laminar” w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach powyższego projektu.

**2. Cena:**

Oferowana cena netto oraz brutto za wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia:

netto .....

słownie:

.....

Brutto .....

słownie:

.....

**3. Termin ważności oferty:**

Oferta jest ważna przez ..... dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

**4. Wymagania techniczne:**

Lp.		OFERENT
1.	- pionowy przepływ powietrza.	
2.	- II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego przeznaczona do pracy z materiałem patogennym.	

3.	- szerokość blatu roboczego nie mniejsza niż 1800mm.	
4.	- dzielony blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w możliwością sterylizacji w autoklawach parowych.	
5.	- posiadający certyfikaty bezpieczeństwa w tym certyfikat CE oraz certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469.	
6.	- wyposażenie w minimum 2 wentylatory: w tym jeden wentylator główny i jeden wentylator wylotowy.	
7.	- wyposażenie w minimum 2 filtry typu HEPA: w tym jeden główny i jeden wylotowy o sprawności nie mniejszej niż 99% dla cząstek 0,3µm,	
8.	- wyposażenie w wbudowaną lampę UV z możliwością programowania czasu jej pracy oraz licznikiem godzin pracy.	
9.	- wyposażenie w stabilną dedykowaną podstawę z regulowanym zakresem wysokości nie mniejszym niż 80-90cm wymaganym podczas instalacji.	
10.	- wyposażenie w manualnie bądź elektrycznie przesuwaną przednią szybę odchyloną od pionu.	
11.	- wyposażenie w minimum 2 gniazda elektryczne 230V.	
12.	- wyposażenie w oświetlenie robocze o natężeniu światła nie mniejszym niż 1000 lux.	
13.	- wyposażenie w funkcję automatycznej kompensacji prędkości przepływu powietrza przy obniżonej sprawności filtrów.	
14.	- wyposażenie w zewnętrzny panel/licznik informujący o liczbie godzin pracy urządzenia oraz wskazująca stopień zużycia filtrów.	
15.	- wyposażenie w system ostrzegania użytkownika o nieprawidłowej pracy.	

**5. Czy do oferty została dołączona specyfikacja techniczna komory laminarnej potwierdzająca spełnienie wszystkich minimalnych parametrów technicznych? TAK/NIE**

**6. Czy oferta zawiera oświadczenie oferenta o objęciu gwarancją oraz serwisem komory laminarnej, na okres 2 lat od momentu zakupu/dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym? TAK/NIE**

**7. Czy oferta zawiera wszelkie koszty związane z dostawą, wniesieniem, instalacją komory laminarnej w pomieszczeniach Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, znajdujących się w Warszawie, przy ulicy Rydygiera 8, w budynku nr 20A, piętro 2, pomieszczenie 236? TAK/NIE**

**8. Uwagi:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis i pieczętka Oferenta)