

Załącznik nr 1.

..... (miejsowość, data)

Oferent:

.....
.....
.....

(nazwa i adres Oferenta)

tel.:.....

fax:.....

e-mail:

OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 18/2019

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa materiałów do konstrukcji bioreaktora w postaci oksygenatora. Bioreaktor będzie wykorzystywany do utrzymania żywotności komórek przy procedurze/procesie decellularyzacji narządu w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach realizowanego projektu.

2. Cena:

Oferowana cena netto oraz brutto za wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia:

netto

słownie:

.....

Brutto

słownie:

.....

3. Termin ważności oferty:

Oferta jest ważna przez dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Wymagania techniczne:

Lp.		OFERENT
1.	<p>Oksygenator wyposażony w zintegrowany filtr tętniczy z samo odpowietrzaniem lub rozwiązanie równoważne, wyposażony w dedykowany do urządzenia filtr siatkowy o średnicy porów nie mniejszej niż 32 µm, umożliwiający maksymalny przepływ krwi nie większy niż 1,5l na minutę, wyposażony w tlenomierz inicjujący o pojemności nie mniejszej niż 43 ml lub rozwiązanie równoważne, posiadający powierzchnię filtra tętniczego nie mniejszą niż 130 cm², wyposażony w zbiornik retencyjny o pojemności nie mniejszej niż 1000 ml lub rozwiązanie równoważne - cztery (4) sztuki.</p>	

5. Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis i pieczętka Oferenta)