

Załącznik nr 1.

..... (miejsowość, data)

Oferent:

.....
.....
.....

(nazwa i adres Oferenta)

tel.:

fax:

e-mail:

OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 61/2019

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa aparatury do systemu perfuzyjnego w postaci głowicy tłoczącej do podtrzymywania perfuzji płynów wydrukowanego narządu.

2. Cena:

Oferowana cena netto oraz brutto za wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia:

netto

słownie:

.....

Brutto

słownie:

.....

3. Termin ważności oferty:

Oferta jest ważna przez dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Wymagania techniczne:

Lp.		OFERENT
1	Głowica pneumatyczna, chłodzona o pojemności nie mniejszej niż 3ml. Kompatybilna z biodrulkarką typu "Cellink BioX" lub rozwiązanie równoważne, pozwalająca na pracę z zunifikowanymi kartridżami o pojemności nie mniejszej niż 3ml. Pracująca w zakresie ciśnień nie mniejszym niż 0-700kPa. Posiadająca zakres kontroli temperatury nie mniejszy niż 4°C - RT - jedna (1) sztuka.	

5. Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis i pieczętka Oferenta)