



Załącznik nr 1.

..... (miejsowość, data)

Oferent:

.....
.....
.....

(nazwa i adres Oferenta)

tel.:

e-mail:

OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 142/2021

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą wirówki do komórek eukariotycznych w celu wykonywania prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie badawczym.

2. Cena:

Oferowana cena netto oraz brutto przedmiotu zamówienia:

Cena netto:

słownie:

Cena brutto:

słownie:

3. Termin ważności oferty:

Oferta jest ważna przez dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Specyfikacja techniczna:

5.

Wirówka z chłodzeniem do komórek eukariotycznych

- wirówka dedykowana do pracy z hodowlami komórkowymi
- Pojemność max: 4 x 750ml
- Ustawienia prędkości w krokach co 10 rpm/10 xg
- Zakres regulacji temperatury: -10°C - +40°C (w krokach co 1°C)
- Wykrywanie niewyważenia w czasie max. 30 sekund;
- Tolerancja niewyważenia max. 12 gramów
- Waga max.: 120 kg
- Wymiary (+/- 5%): szerokość 76 cm, głębokość 71cm, wysokość 37cm
- Maksymalna prędkość wirowania z rotorem kątowym: 10 200 rpm (11 420xg)
- Maksymalna prędkość wirowania z rotorem wychylnym: 4 739 rpm (5 250xg)
- Maksymalna prędkość wirowania z rotorem wychylnym na mikroplatce: 4 450 rpm (4 060xg)



- Dokładność prędkości +/- 25 rpm
- Generowany hałas max. 58 DBa
- zakres obrotów od 200 obr/min
- profile przyspieszania i hamowania: 10/11 (w tym hamowanie swobodne)
- intuicyjny, dotykowy wyświetlacz LCD, lub rozwiązanie równoważne
- Możliwość zapisu min. 99 programów (w tym 6 w trybie łatwego dostępu)
- Wirówka wyposażona w rotor wychylny wyposażony w adaptory (4 sztuki każdego rodzaju):
 - dla probówek konikalnych 15 ml (pojemność adaptera 14 probówek)
 - dla probówek konikalnych 50 ml (pojemność adaptera 4 probówki)
- zasilanie 230V 50/60Hz, moc maksymalna nie mniejsza niż 600W
- rotor z kubkami wychylnymi i adaptorami dla probówek 14 i 50 ml
- Możliwość doposażenia wirówki w rotor wychylny na mikro płytki o pojemności 16 mikro płytek lub 4 płytek głębokodołkowych
- okres gwarancji minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z zastrzeżeniem zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy/serwisu gwarancyjnego
- instrukcja obsługi w języku polskim

6. Czy do oferty została dołączona specyfikacja techniczna komory laminarnej potwierdzająca spełnienie wszystkich minimalnych parametrów technicznych?

- TAK/NIE

7. Oświadczamy, iż spełniamy wymogi uczestnictwa w postępowaniu i nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. w szczególności spełniamy poniższe warunki:

- a. Oferent nie jest powiązany lub nie jest jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;
- b. Oferent nie jest podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
- c. Oferent nie jest podmiotem powiązany lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
- d. Oferent nie jest podmiotem powiązany osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- TAK / NIE *

8. Uwagi:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis i pieczętka Oferent